

اقتصاد مقاومتی

در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور
معاونین محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور

موضوع: اعلام ریکال تعدادی از سری ساخت های کیسه و لوازم جانبی استومی شرکت Oxmed International GmbH

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۵/۳۲۲۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ شرکت رسول زاده و شرکا وارد کننده و نماینده کمپانی Oxmed International GmbH، با استحضار می رساند کمپانی فوق نسبت به ریکال تعدادی از سری ساخت های کیسه های استومی و لوازم جانبی استومی اقدام نموده است. علت ریکال، وجود برخی ایرادات فنی در محصولات از جمله کاهش چسبندگی چسب کیسه و بروز تراوش از محل چسب ولکرو (Velcro) اعلام گردیده است (فهرست سری ساخت های مشمول ریکال به پیوست این نامه ارائه می گردد).

مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع به مراکز تحت پوشش آن دانشگاه، پیگیری ها و اقدامات مورد نیاز صورت پذیرد. شرکت موظف است نسبت به جمع آوری و جایگزینی کالاهای توزیع شده مطابق بند ۵ دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و بازفراخوانی تجهیزات پزشکی اقدام نماید. بدیهی است، در صورت عدم توزیع اقلام با سری ساخت های اعلام شده در مراکز تحت پوشش آن دانشگاه، هرگونه اقدام مضاعف پیرو این اطلاعیه لازم نمی باشد.

دکتر علی علیزاده
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

رونوشت :

سرکار خانم دکتر یوسفی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

