

اقتصاد مقاومتی

در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور
معاونین محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور

موضوع: اعلام ریکال ویدیولارنگوسکوپ McGarh MAC کمپانی Medtronic (رسول زاده و شرکا)

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۵/۳۲۱۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ شرکت رسول زاده و شرکا نماینده کمپانی Medtronic (Covidien) به استحضار می رساند، کمپانی فوق اقدام به ریکال برخی از شماره سریال های دستگاه ویدئو لارینگوسکوپ McGARTH MAC به دلیل وجود ایراد فنی نموده است (فهرست شماره سریال های مشمول ریکال و FSN کمپانی به پیوست این نامه ارائه می گردد).

مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع به مراکز تحت پوشش آن دانشگاه، پیگیری ها و اقدامات مقتضی مورد نیاز صورت پذیرد و شرکت موظف است نسبت به جمع آوری و جایگزینی کالاهای توزیع شده مطابق بند ۵ دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و بازفراخوانی تجهیزات پزشکی اقدام نماید. بدیهی است، در صورت استفاده از دستگاههای خارج از فهرست شماره سریال های ریکال شده از طرف کمپانی در مراکز تحت پوشش آن دانشگاه، نیاز به هرگونه اقدام مضاعف در این خصوص نمی باشد.

دکتر علی علیزاده
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

