



شماره: ۶۶۴/۳۳۲۶۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۵:۵۷
پیوست: دارد

اقتصاد مقاومتی

در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور

معاونین محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور

موضوع: اعلام ریکال برای دو سری ساخت پد الکتروشوک کمپانی FIAB S.p.A

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۸۳-۱-ت-پ-۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ شرکت جهان گسترش تجارت نماینده کمپانی FIAB S.p.A به استحضار می رساند، کمپانی فوق اقدام به ریکال دو سری ساخت از محصول پد الکتروشوک به شماره های 24PDF01721 و 25PDF00510 نموده است (FSN کمپانی به پیوست ارسال می گردد). مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع به مراکز تحت پوشش آن دانشگاه، پیگیری ها و اقدامات مقتضی مورد نیاز صورت پذیرد. شرکت موظف است نسبت به جمع آوری و جایگزینی کالاهای توزیع شده مطابق بند ۵ دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و بازفراخوانی تجهیزات پزشکی اقدام نماید. بدیهی است، در صورت عدم توزیع اقلام با سری ساخت های مذکور در مراکز تحت پوشش آن دانشگاه، نیازی به هرگونه اقدام مضاعف در این خصوص نمی باشد.

دکتر علی علیزاده
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

رونوشت :

سرکار خانم دکتر یوسفی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir